


Naziv:	Uređaj za mjerenje mikrotvrdoće sa kamerom
Inventarni broj	F 00517
Tip opreme:	Kapitalna oprema za istraživanje i nastavu
Lokacija:	Odsjek za fiziku
Dostupnost:	Interno/Komercijalno
	
Tehničke karakteristike:	<p>Model: DHV-1000Z Mjerenje mikrotvrdoće po Vickeru Tegovi za testiranje: 10 g, 25 g, 50 g, 100 g, 200 g, 300 g, 500 g, 1000 g Objektiv: 10x i 40 x Okular: 10x Vrijeme utiskivanja: 0-60 s Maksimalna visina uzorka: 75 mm Maksimalna širina uzorka: 95 mm CCD kamera: 1.30 miliona piksela</p>
Godina proizvodnje:	2020.
Usluge:	Mjerenje mikrotvrdoće materijala sa odgovarajućim fotografijama
Radno vrijeme:	8-16 h
Kontakt:	<p>Doc.dr. Amra Salčinović Fetić 033 279 953 amra.s@pmf.unsa.ba</p>